

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	AMELİYATHANE TEMİZLİK TALİMATI			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu AH.TL.172	Yayın tarihi 01.11.2024	Revizyon No -	Revizyon tarihi -	Sayfa No / Sayfa Sayısı 1 / 5

1.Amaç

Ameliyathane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek amacıyla temizlik kurallarını belirlemek ve uygulanmasını sağlamaktır.

2. Kapsam

Tüm ameliyathane çalışanlarını kapsar.

3. Sorumlular

Temizlik personeli, ameliyathane hemşiresi, enfeksiyon hemşiresi, fakülte sekreteri, dekan yardımcıları, dekan.

4. Tanımlar

Sirküle Hemşire: Ameliyat öncesi, sırası ve sonrasındaki malzeme ihtiyaçlarını sağlayıp, hasta bakımı ve güvenliliği uygulamalarını yapan hemşiredir.

5. Faaliyet Akışı

Ameliyathane temizliğinde görevli temizlik personeli bu konuda eğitim almış olmalıdır.

Ameliyathane temizliğinde ameliyat odasındaki görevli (sirküle) hemşire, işlemlerin ve ameliyatlara arası temizliğin yapılmasını sağlar ve denetler.

Ameliyathanelerde kullanılacak temizlik kovaları ve paspasların her ameliyat odası için ayrı olması sağlanmalıdır.

Ameliyathanede kullanılacak temizlik ekipmanı ve malzemelerin depolandığı, temiz ve kirliler için ayrı yerleri olan bir birim oluşturulmalı ve bu birimde paspas ve kovalar temizlenmiş ve kurutulmuş şekilde saklanmalıdır.

Temizlik solüsyonları her oda için ayrı hazırlanmalı ve hazırlanan solüsyonlar sık sık değiştirilmelidir.

Özellikli ameliyat araç ve gereçlerinin temizliği o aleti kullanan ekibin gözetimi ve denetiminde yapılmalıdır.

5.1. GÜNÜN İLK AMELİYATI YAPILMADAN ÖNCE

5.1.1. Tüm aletlerin, eşyaların ve lambaların tozu nemli bezle alınır.

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	AMELİYATHANE TEMİZLİK TALİMATI			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu	Yayın tarihi	Revizyon No	Revizyon tarihi	Sayfa No / Sayfa Sayısı
AH.TL.172	01.11.2024	-	-	2 / 5

5.1.2. Lambaların reflektör alanları temizlenir.

5.1.3. Oda zemini ıslak paspasla temizlenir.

5.2. AMELİYAT ARALARINDA ODA TEMİZLİĞİ

5.2.1. Görevli temizlik personeli uygun kıyafet giymiş olarak (maske, eldiven, önlük, bone) temizliğe başlar.

5.2.2. Ameliyat odasının temizliği mutlaka temizden kirliye doğru yapılır.

5.2.3. Kullanılmış tüm örtüler sirküle hemşire tarafından içleri kontrol edilerek kirli çamaşır toplama kaplarına atılır ve odadan dışarıya alınır.

5.2.4. Ameliyatta kullanılan tüm çöpler kırmızı atık torbalarına konarak uzaklaştırılır.

5.2.5. Kirli kompresler ve diğer atıklar dikkatle elden geçirilerek çöp kovasına atılır.

5.2.6. Kesici/delici atıklar mutlaka özel plastik toplama kapları içine atılır.

5.2.7. Çöp kovalarının poşetleri her ameliyattan sonra değiştirilir.

5.2.8. Ameliyat masası ve yakın çevresi (ventilasyon cihazı, lamba vs.) 1/100 çamaşır suyuyla (görünür kirlenme mevcutsa 1/10 çamaşır suyu ile) veya yüzeyi uygun dezenfektanla silinir.

5.2.9. Çamaşır suyu kullanılamayacak küçük yüzeyler için %70 alkol kullanılır.

5.2.10. Oda zemini ıslak paspasla temizlenir. Hasta çıkartıları ile kirlenmiş alan varsa temizlendikten sonra 1/10 çamaşır suyu ile dezenfeksiyon yapılır.

5.2.11. Temizlik için kullanılan solüsyonlar her ameliyattan sonra değiştirilir.

5.3 GÜN SONUNDA TEMİZLİK (AMELİYATLAR BİTTİKTEN SONRA)

5.3.1. Her bölümün ameliyatlari farklı saatlerde bittiği için gün sonunda yapılacak olan temizlik her ameliyat odası için ayrı ayrı yapılır.

5.3.2. Odadaki tüm taşınabilir aletler dışarı çıkarılır.

5.3.3. Lambalar, dolaplar vb aletler dezenfektan solüsyonlarla silinir.

5.3.4. Yerler ıslak vakum uygulanarak veya ıslak paspas ile deterjanla temizlenir ve sonrasında

5.3.5. 1/100 çamaşır suyu ile dezenfekte edilir.

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	AMELİYATHANE TEMİZLİK TALİMATI			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu	Yayın tarihi	Revizyon No	Revizyon tarihi	Sayfa No / Sayfa Sayısı
AH.TL.172	01.11.2024	-	-	3 / 5

5.3.6. Oda dışına çıkarılan malzemelerin yüzey ve tekerlekleri 1/100 çamaşır suyu ile silinerek içeriye alınır.

5.3.7. Havalandırma filtrelerinin dış yüzeyleri gün sonunda 1/100 çamaşır suyu ile silinir.

5.3.8. Cerrahi el yıkama lavaboları yıkanır, çamaşır suyu ile dezenfekte edilir, kurutulur.

5.3.9. Hasta nakil sedyeleri gün sonunda 1/100 çamaşır suyu ile silinir.

5.3.10. Temizlikte kullanılan paspaslar kesinlikle ıslak bırakılmayacak şekilde kurutulmaya bırakılır.

5.3.11. Ameliyathane Terlikleri Temizliği

Ameliyathane terlikleri, hijyenin kritik öneme sahip olduğu bu ortamlarda enfeksiyon riskini en aza indirmek amacıyla özel olarak tasarlanmış ve düzenli olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gereken medikal ürünlerdir. Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri, terliğin malzemesine ve üretici firmanın önerilerine göre değişiklik gösterebilir.

Genel olarak ameliyathane terliklerinin temizliği ve dezenfeksiyonu şu adımları içerebilir:

Kaba Kirin Temizlenmesi: Terliklerin üzerinde bulunan visible kir, toz veya sıvı kalıntıları, nemli bir bez veya yumuşak bir fırça yardımıyla temizlenir. Bu adım, dezenfeksiyon işleminin etkinliği için önemlidir.

Yıkama: Terlikler genellikle ılık su ve nötr bir sabun veya deterjan ile yıkanabilir. Bazı ameliyathane terliği modelleri, malzemesine bağlı olarak yıkama torbası içinde çamaşır makinesinde belirli sıcaklıklara kadar yıkanmaya uygundur. Üretici talimatlarına uyulması önemlidir.

Dezenfeksiyon: Yıkama işleminden sonra terliklerin dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Bu genellikle sağlık kuruluşlarında belirlenen ve tıbbi cihazlar için uygun olan dezenfektan solüsyonlar kullanılarak yapılır. Dezenfektan, terliğin tüm yüzeylerine temas edecek şekilde uygulanır ve üreticinin belirttiği bekleme süresine uyulur. Bazı özel terlikler, otoklav gibi yüksek sıcaklık sterilizasyon yöntemlerine de uygun olabilir.

Durulama: Dezenfeksiyon işleminin ardından terlikler, üzerinde kalan kimyasal kalıntıları gidermek için temiz su ile durulanır.

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	AMELİYATHANE TEMİZLİK TALİMATI			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu AH.TL.172	Yayın tarihi 01.11.2024	Revizyon No -	Revizyon tarihi -	Sayfa No / Sayfa Sayısı 4 / 5

Kurutma: Terlikler, temiz ve havalandırılmış bir ortamda doğal olarak kurumaya bırakılır. Hızlı kurutma için doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaktan kaçınılmalıdır, bu durum terliğin malzemesine zarar verebilir. Kurutma işleminin tam olarak yapılması, mikrobiyal üremeyi önlemek açısından önemlidir.

5.4. HAFTALIK TEMİZLİK

5.4.1. Tüm taşınabilir aletler dışarı çıkarılır, temizlik sonunda yüzey ve tekerleri dezenfekte edilerek içeri alınır.

5.4.2. Temizlik solüsyonları her oda için ayrı olarak işlem öncesi hazırlanır.

5.4.3. Hareketli veya sabit lambalar dezenfektan solüsyonla temizlenir.

5.4.4. Kapı, kapı kolları, cam araları, menteşeler, raflar, prizler gibi tüm yüzeyler temizlenip kurulanır.

5.4.5. Duvarlar su ve deterjanla yıkanır, tavanlar silinir.

5.4.6. Zemin su ve deterjanla yıkanır, temizlik sonrasında 1/100 çamaşır suyu ile silinerek dezenfekte edilir.

5.4.7. Ameliyat masasının tüm yüzeyleri, aspiratör, askılar, oksijen tanklarının hortumları, kovalar, dolaplar. gibi aletler yıkanır, 1/100 çamaşır suyu ile dezenfekte edilir, kurulanır.

5.5. KAN VE VÜCUT SIVILARI DÖKÜLDÜĞÜNDE YAPILACAK TEMİZLİK

5.5.1. Katı yüzeylerin üzerine damlayan ya da sıçrayan sıvıların kağıt havlu ile kaba kiri alınır.

5.5.2. 1/10'luk çamaşır suyu ile temizlenir ve temiz su ile durulanır.

5.5. KORİDOR VE OFİS TEMİZLİĞİ (Dr. odaları, depolar, dinlenme odaları)

5.5.1. Günün ilk saatleri ve gün sonunda koridorlara ıslak vakum uygulanır. Gün içerisinde gereken sıklıkta koridor temizliği yapılır.

5.5.2. Bu alanların temizliğinde dezenfektan kullanımına gerek yoktur. Temizlik için su ve deterjan kullanılması yeterlidir.

5.5.3. Çöp kovaları boşaltılır ve temizlenir. Bu alandaki çöp kovalarına mavi renkteki atık torbaları yerleştirilir.

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	AMELİYATHANE TEMİZLİK TALİMATI			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu	Yayın tarihi	Revizyon No	Revizyon tarihi	Sayfa No / Sayfa Sayısı
AH.TL.172	01.11.2024	-	-	5 / 5

5.6. UYANDIRMA ODASININ TEMİZLİĞİ

5.6.1. Yer ve yüzey temizliği için su ve deterjan yeterlidir.

5.6.2. Herhangi bir kan ve vücut sıvısı dökülmesinde mutlaka önce kaba kiri peçete ile alınır, sonra 1/10 oranında çamaşır suyu ile silinir.